

# 入札仕様書

件名	陰圧装置付家族面会室（2方向から出入りできる家族面会室の設置）の購入
----	------------------------------------

## 1. 製品の内容

既存の空間に設置できる折り畳み式ブースの面会室  
カーテン仕切りと陰圧排気空気清浄機ユニットによって感染リスクを低減する。  
排気及び循環空気は、抗ウイルスHEPAフィルタにより浄化される

## 2. 製品名と数量

①感染症対策2方向面会ブース…… 1台  
日本無機製 感染症対策2方向面会ブース  
型式 PBS-FF-2424-ZR1B-MB  
又は同等の機能、品質、大きさ等のある製品

## 3. 製品の仕様

病原性微生物、汚染浮遊物を室外に拡散させないため、  
カタログに記載してある標準仕様を有すること。

## 4. 見積の仕様

金額にはすべての経費を含めること。

## 5. 条件等

- ・騒音、振動等が発生する際は、事前に法人担当者に相談すること。
- ・労働基準法、その他関係法令に従い、火災、盗難、感染防止対策等徹底すること。
- ・施工前、施工後、設置前、設置後の写真撮影を行い、施工完了後に法人へ提出すること。
- ・陰圧装置に陰圧されていることが分かる陰圧計が装置されていること。
- ・陰圧ブース設置後は、差圧検査を行い、CDCガイドラインの基準を満たしていることを確認し、報告書を提出すること。  
(陰圧装置稼働後、圧力の差が2.5 Pa以上とする。)

## 6. 仕様に関する問い合わせ窓口

特別養護老人ホーム 福寿園 担当 黒澤  
電話 048-585-5177  
メール hukuzyue@dream.ocn.ne.jp

以上